

**Prot. ISMETT n. 001-5557-GEN/2018
del 6 marzo 2018**

**Avviso Pubblico ex art. 66, D. Lgs. n. 50/2016, per la verifica dell'effettiva sussistenza
del presupposto dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici**

Premesso che

- ISMETT ha necessità di una fornitura *in service* di n. 6 (sei) *Sistemi di ossigenazione ad alti flussi* per la somministrazione tramite cannule nasali;
- ISMETT ha motivo di ritenere che l'unico sistema in grado di garantire la suddetta necessità sia il sistema MyAirVo 2, prodotto dall'Impresa *Fisher&Paykel Healthcare* e distribuito dall'Impresa *Disposable Line S.r.l.* di Palermo;
- La predetta fornitura *in service* – comprensiva di umidificatore con generatore di flusso MyAirVo 2 (completo di camera di umidificazione e circuito riscaldato), carrello a cinque ruote (con supporto ed asta fissa, asta per umidificatore e morsetto asta flebo), vassoio ad asta per generatore AirVo, cestello per asta in materiale plastico, interfacce nasali ad alti flussi (NHF) misura medium (x20), circuito riscaldato con sensore di temperatura integrato AirVo e camera di umidificazione – rientra nella fascia di importo inferiore a 40.000,00 € (quarantamila,00 euro) oltre IVA.

Con il presente avviso pubblico

ISMETT rende nota la circostanza di ritenere che l'acquisto dei prodotti in questione possa essere effettuato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, sussistendo i presupposti di cui all' art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La superiore circostanza troverebbe fondamento e giustificazione nelle caratteristiche generali dei prodotti, le quali comporterebbero una situazione di assenza di concorrenza per inesistenza di altri operatori economici sul mercato e di soluzioni alternative ragionevoli.

Nello specifico, il sistema di Ossigenazione ad Alto Flusso necessario ad ISMETT è in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a. flusso variabile sino a 60 l/min;
- b. cannula monopaziente per somministrazione nasale con relativo collare;
- c. circuito monopaziente;
- d. sacca-campana per umidificazione;

e. miscelatore con riscaldatore.

Tutti i dispositivi sono monopaziente, senza lattice e a basso contenuto di ftalati.

Il miscelatore/riscaldatore rispetta tutti gli *standard* qualitativi CE relativi alle apparecchiature elettromedicali.

Tutto quanto sopra premesso

Si invita

ogni operatore economico, che ritenga di essere nelle condizioni di fornire un prodotto alternativo, a presentare la propria candidatura, avendo cura di allegare alla stessa ampia e dettagliata documentazione tecnica atta a dimostrare l'effettiva idoneità del prodotto proposto a soddisfare le esigenze di ISMETT in ragione del possesso di caratteristiche tecniche tali da garantire standard funzionali e prestazionali equivalenti o superiori a quelli sopra specificati.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata di ISMETT acquisti.ismett@postecert.it e pervenire **entro il termine delle ore 12,00 del giorno 21 marzo 2018.**

Trascorso tale termine, in assenza di riscontri da parte del mercato o qualora i riscontri pervenuti non saranno stati valutati favorevolmente dai competenti servizi di ISMETT, con provvedimento motivato si confermerà la sussistenza del presupposto dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici e per l'effetto si procederà all'acquisto in argomento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Palermo, 5 marzo 2018

Distinti saluti

*F. to Dott.ssa Rosaria Cataldo
Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali*