

Prot. ISMETT 13744 del 6 giugno 2018

Avviso pubblico ex art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di acquisire manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un sistema per videoduodenoscopia ad alta definizione (HD) con elevatore (albaran) rimuovibile monouso

Premesso che

- ISMETT ha intenzione di procedere all'acquisto di un sistema per videoduodenoscopia ad alta definizione (HD) con elevatore (albaran) rimuovibile monouso, **finanziato nell'ambito della "Piattaforma endoscopica per eseguire ERCP con duodenoscopi con elevatore rimuovibile completo di unità elettrochirurgica per eseguire interventi sulle vie biliari"**, **"Progetto "Conto Capitale - Codice Workflow: CC-2015-2365328" CUP I77G17000010001"**
- ISMETT intende avviare una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in oggetto posto che la base d'asta stimata massima ammonta a euro 81.000,00 oltre IVA;
- A tal fine, ISMETT intende acquisire manifestazioni di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare eventualmente alla procedura sopra citata tramite RdO MEPA

con la presente

Si Invita

ogni operatore economico interessato a far pervenire ad ISMETT la propria manifestazione di interesse ad essere invitato ad offrire per la fornitura, a lotto unico e indivisibile, di un sistema per videoduodenoscopia ad alta definizione (HD) con elevatore (albaran) rimuovibile monouso, fornitura che, secondo le valutazioni operate da ISMETT, avrà un valore stimato massimo di euro 81.000,00 oltre IVA.

La suddetta fornitura, in particolare, deve comprendere i seguenti componenti:

- a) n. 2 Videoduodenoscopio ad alta definizione a visione laterale, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- Cappuccio con elevatore monouso
 - Diametro esterno tubo flessibile < 12 mm
 - Canale biottico 4.2 mm
 - Angolazioni del terminale distale almeno 120° su 90° giù, 105° dx e 90° sx
 - Lunghezza sonda 1250 mm

- Zoom digitale
- Struttura impermeabile per la completa disinfezione

b) n.1 Videoprocessore digitale analogico multidisciplinare avente la seguente caratteristica di visione:

- Visione dello strato sottomucoso
- Visione ad alta definizione che consente una visione di risoluzione raddoppiata rispetto allo standard tradizionale

Dotato delle seguenti funzioni:

- Registrazione su supporto esterno per l'acquisizione di immagini ad alta definizione, selezionate durante l'esame.
- Zoom a seconda del modello di endoscopio utilizzato
- Doppia enfasi di struttura che consente di evidenziare ulteriori dettagli della parete osservata
- Autoshutter che consente il controllo automatico dell'esposizione delle immagini e della relativa luminosità

c) n.1 Fonte di luce (integrata o separata dal video-processore) in grado di fornire adeguati parametri di illuminazione per la osservazione endoscopica ed in particolare:

- Visione dello strato sottomucoso
- Visione standard con lampada primaria allo xenon da 300 watt durata media DI CIRCA 500 ore di vita in uso continuo, dotata di lampada di emergenza che entri in funzione automaticamente in caso di guasto della lampada principale
- Pompa aria incorporata con regolazione
- Regolazione automatica dell'intensità di luce

Completo di:

- Tastiera multifunzione dedicata
- Bottiglietta di lavaggio
- Cavo di collegamento tra monitor e videoprocessore

d) n.1 Monitor medicale 27" HD (1920 x1080) 16:9, peso circa 9 kg dimensioni 680x450x90 mm

e) n.1 Carrello portastrumenti con trasformatore ISO

f) Un anno di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia

g) 100 cappucci con elevatore monouso

Presentazione delle manifestazioni di interesse

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista mediante la compilazione e sottoscrizione del modello di cui all'Allegato 1 allegando copia fotostatica di documento di identità del firmatario in corso di validità.

La predetta istanza dovrà pervenire ad ISMETT a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo acquisti.ismett@pec.it, entro le ore 12:00 del giorno 20 giugno 2018.

Si precisa che è condizione essenziale all'accoglimento della manifestazione di interesse la circostanza che l'Impresa richiedente sia abilitata al MEPA in corrispondenza della categoria **“Forniture specifiche per la Sanità”**.

Si specifica che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Si precisa che gli indirizzi di PEC da cui perverranno le manifestazioni di interesse saranno utilizzati per le successive comunicazioni da parte di ISMETT.

In proposito si precisa che il predetto indirizzo di PEC acquisti.ismett@pec.it non è abilitato alla ricezione di posta non certificata.

Nell'oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: **“Manifestazione di interesse a ricevere l'invito ad offrire per la fornitura di un sistema per videoduodenoscopia ad alta definizione (HD) con elevatore (albaran) rimovibile monouso”**.

All'istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità di ISMETT ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi altro motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza.

Successivamente alla scadenza del termine indicato, il Responsabile Unico del Procedimento procederà ad invitare gli operatori economici che avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti generali richiesti tramite RdO MEPA.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e nel rispetto dei vigenti regolamenti interni e comunitari, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

La presente consultazione preliminare ha il solo scopo di rendere nota ad ISMETT la disponibilità degli operatori economici a partecipare alla procedura prevista dal presente

avviso. Ciò implica che per mezzo di questo avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ISMETT, che conseguentemente sarà libero di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Distinti saluti

*F.to Dott.ssa Rosaria Cataldo
Direttore dell'Ufficio Acquisti e Gestione Materiali*