

Protocollo ISMETT n. 25077 del 06 novembre 2018

**Avviso pubblico ex art.36, comma 2, lettera b , del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di
acquisire manifestazioni di interesse per la fornitura di Sternotomi, Seghe e relative
Lame**

Premesso che

- ISMETT ha necessità di procedere all'approvvigionamento di sternotomi, seghe e relative lame per le attività operatorie e di prelievo organi;
- ISMETT intende avviare una procedura negoziata *ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016* per l'affidamento della fornitura di cui al punto precedente, posto che la base d'asta stimata massima ammonta complessivamente a euro 56.000,00 oltre IVA per il periodo di due anni e che si intende prevedere la facoltà di rinnovo del contratto fino ad un ulteriore biennio;
- A tal fine, ISMETT intende acquisire manifestazioni di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare eventualmente alla procedura sopra citata tramite RdO sul sistema MEPA

Con la presente

Si Invita

Ogni operatore economico interessato a far pervenire ad ISMETT la propria manifestazione di interesse ad essere invitato ad offrire per le forniture biennali, con facoltà di rinnovo, sternotomi, seghe e relative lame per un valore stimato massimo nel biennio di euro 56.000,00 oltre IVA. Considerando l'ipotesi di eventuale rinnovo per il periodo massimo di un ulteriore biennio, l'importo massimo pagabile sulla base del contratto di che trattasi ammonta a euro 112.000,00 oltre IVA.

In particolare le predette lame con i relativi sternotomi devono possedere le caratteristiche di seguito descritti:

**DESCRIZIONE TECNICA
STERNOTOMI E SEGHE IN COMODATO D'USO GRATUITO**

A) Gli sternotomi devono avere le seguenti caratteristiche:

1. 5 (CINQUE) sternotomi di prima apertura. Manipolo sternotomo per prima apertura con motore a batteria, abbastanza maneggevole e compatto che garantisca potenza costante ed elevata autonomia, composto da unità operativa con copertura sterile e sterilizzabile delle batterie.
2. Batterie senza effetto memoria e non autoclavabili.
3. Sistema di inserimento della batteria provvisto di involucri sterilizzabili che garantiscono la sterilità del sistema di inserimento.
4. Comprensivo di caricabatterie adeguato al numero di batterie fornite.

Il consumo presunto biennale delle relative lame è di n.1468 pz.

B) Le seghe sagittali per procedure di riapertura devono avere le seguenti caratteristiche:

1. 2 (DUE) sternotomi sega sagittale. Manipolo per sega sagittale con motore a batteria, deve essere abbastanza maneggevole e compatto garantendo potenza costante ed elevata autonomia, composto da unità operativa con copertura sterile e sterilizzabile delle batterie.
 2. Batterie senza effetto memoria e non autoclavabili.
 3. Sistema di inserimento della batteria provvisto di involucri che garantiscono la sterilità del sistema di inserimento
 4. Lame per la riapertura di varie misure.
 5. Comprensivo di caricabatterie adeguato al numero di batterie fornite.
- Il consumo presunto biennale delle relative lame è di n.152 pz.

MODALITA' DI FORNITURA FULL RISK PER LE APPARECCHIATURE COME DA PUNTI A) E B).

Le apparecchiature riferite alle descrizioni di cui ai superiori punti A) e B) devono essere, nuove di fabbrica, con esclusione di usato e/o rigenerato, consegnate in comodato d'uso gratuito con garanzia full risk per tutta la durata della fornitura, senza oneri ulteriori a carico di ISMETT. Il servizio di manutenzione deve comprendere le manutenzioni correttive, senza limiti nel numero di interventi, le manutenzioni preventive e le verifiche di sicurezza elettrica con periodicità annuale. In caso di fermo macchina superiore alle 24 ore l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire apparecchiature sostitutive con caratteristiche uguali o superiori a quelle installate. Nelle attività è ricompresa a carico del fornitore la sostituzione delle batterie, per usura o cattivo rendimento.

Descrizione tecnica LAME PER STERNOTOMI E PER SEGHE

LAME PER SEGA ALTERNATIVA, STERNOTOMIA PRIMARIA

Spessore lama tra 0.6mm e 0.8mm
Spessore taglio 1mm +-20%
Lunghezza utile tra 30mm e 35mm
Il consumo presunto biennale è di n.1468 pz

LAME PER SEGA OSCILLANTE, CON PUNTA A SEMICERCHIO, PER REVISIONE STERNOTOMIA

Diametro tra 40mm e 44 mm
Lunghezza utile tra 44 mm e 49 mm
Spessore lama tra 0.8 mm e 1,1 mm
Il consumo presunto biennale è di n.152 pz.

Le lame devono essere costituite da acciaio di grado medicale, resistenti, di affilatura ad alta precisione, sterili, monouso, prive di lattice, marchiate ce, registrate nel repertorio nazionale dei dispositivi medici (rdm), prodotte in regime di qualità ISO 9000 ovvero ISO 13485, il confezionamento deve consentire l'identificazione del codice del numero di lotto e della scadenza, deve essere corredato delle informazioni (ifu) di utilizzo, in italiano.

Presentazione delle manifestazioni di interesse

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista mediante la compilazione e sottoscrizione del modello di cui all'Allegato 1 allegando copia fotostatica di documento di identità del firmatario in corso di validità.

La predetta istanza dovrà pervenire ad ISMETT a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo acquisti.ismett@pec.it, **entro le ore 12:00 del 19 Novembre 2018**.

Si precisa che è condizione essenziale all'accoglimento della manifestazione di interesse la circostanza che l'Impresa richiedente sia abilitata al MEPA in corrispondenza della categoria **“Forniture specifiche per la Sanità”**.

Si specifica che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Si precisa che gli indirizzi di PEC da cui perverranno le manifestazioni di interesse saranno utilizzati per le successive comunicazioni da parte di ISMETT.

In proposito si precisa che il predetto indirizzo di PEC acquisti.ismett@pec.it non è abilitato alla ricezione di posta non certificata.

- Nell'oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: **“Manifestazione di interesse a ricevere l'invito ad offrire per la fornitura di Sternotomi, Seghe e Lame”**

All'istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità di ISMETT ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi altro motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza.

Successivamente alla scadenza del termine indicato, il Responsabile Unico del Procedimento procederà tramite RdO MEPA ad invitare gli operatori economici che avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti generali richiesti.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e nel rispetto dei vigenti regolamenti interni e comunitari, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

La presente consultazione preliminare ha il solo scopo di rendere nota ad ISMETT la disponibilità degli operatori economici a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso. Ciò implica che per mezzo di questo avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ISMETT, che conseguentemente sarà libero di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Palermo, 6 novembre 2018
Distinti saluti

F.to Dott.ssa Rosaria Cataldo
Direttore dell'Ufficio Acquisti e Gestione Materiali