

**Prot. ISMETT In Uscita n. 001-24793-GEN/2019
del 25 settembre 2019**

Avviso pubblico ex art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi per la verifica dell'effettiva sussistenza del presupposto dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2) D. Lgs. n. 50/2016 e smi con riferimento all'apparecchiatura per la misurazione della gittata cardiaca non invasiva e continua con il metodo cardiografia ad impedenza modello ICON dell'Impresa *Osyпка*

Premesso che

- ISMETT ha necessità di procedere all'approvvigionamento di n. 6 (sei) apparecchiature per la misurazione della gittata cardiaca non invasiva e continua con il metodo cardiografia ad impedenza;
- L'acquisto di che trattasi è finanziato mediante il progetto **“Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco” – Progetto “Conto Capitale 2015” – Codice WFR CC-2015-2360987. Il CUP di progetto è: CUP I76J16000420001;**
- ISMETT ha motivo di ritenere che l'unica apparecchiatura in grado di garantire le necessità della propria U.O. di Cardiologia sia lo strumento denominato ICON di produzione *Osyпка Medical GmbH, Germany* ;
- La predetta fornitura rientra nella fascia di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, costituendo pertanto un contratto sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del medesimo decreto;

Con il presente avviso pubblico

ISMETT rende nota la circostanza di ritenere che l'acquisto delle apparecchiature in questione possa essere effettuato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, sussistendo i presupposti di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

La superiore circostanza troverebbe fondamento e giustificazione nelle caratteristiche generali dell'apparecchiatura, le quali – rispetto alla destinazione d'uso del bene presso ISMETT – comporterebbero una situazione di assenza di concorrenza per l'inesistenza di altri operatori economici sul mercato e di soluzioni alternative ragionevoli.

Nello specifico, l'apparecchiatura per la misurazione della gittata cardiaca non invasiva e continua con il metodo cardiografia ad impedenza modello ICON di produzione *Osypha Medical GmbH, Germany*, è dotata delle seguenti funzionalità tecnico-applicative:

- Apparecchio per la misura della gittata cardiaca non invasiva e continua, con il metodo Cardiografia ad Impedenza che non richieda alcuna calibrazione preventiva né l'impiego di cateteri né l'iniezione di liquidi di contrasto e che utilizza solamente 4 sensori cutanei sul lato Sinistro del paziente, per semplicità d'uso ed applicazione;
- Stampa di dati e forme d'onda di ECG – ICG – Z_0 Impedenza Senza Fili via Bluetooth su A4;
- Schermo con indicatori a barre con i range di normalità adattati per ogni paziente;
- Portatile e palmare, completamente integrato in un unico apparecchio per un facile spostamento da un paziente all'altro, funzionante a rete e a batteria ricaricabile incorporata;
- Autonomia minima delle batterie 120 minuti;
- Peso e dimensioni contenute, meno di 1 Kg totali;
- Possibilità di trasferimento dei dati su PC con software dedicato per revisione dati e curve dei pazienti che consenta, inoltre, di esportare i dati in MS Excel per statistiche ed elaborazione;
- Possibilità di calcolare i seguenti parametri:
 - HR Heart Rate;
 - CO/CI Cardiac Output / Cardiac Index
 - SV/SI Stroke Volume / Stroke Index
 - SVR/SVRI Systemic Vascular Resistance / Systemic Vascular Res. Index (con inserimento valore BP)
 - TFC Thoracic Fluid Content
 - SVV Stroke Volume Variation

Tutto quanto sopra premesso

Si invita

ogni Operatore economico, che ritenga di essere nelle condizioni di fornire un prodotto alternativo, a presentare la propria candidatura, avendo cura di allegare alla stessa ampia e dettagliata documentazione tecnica atta a dimostrare l'effettiva idoneità del prodotto proposto a

soddisfare le esigenze di ISMETT in ragione del possesso di caratteristiche tecniche tali da garantire standard funzionali e prestazionali equivalenti o superiori a quelli sopra specificati.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata di ISMETT acquisti.ismett@pec.it e pervenire **entro il termine delle ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2019.**

Trascorso tale termine, in assenza di riscontri da parte del mercato o qualora i riscontri pervenuti non saranno stati valutati favorevolmente dai competenti servizi di ISMETT, con provvedimento motivato si confermerà la sussistenza del presupposto dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici e per l'effetto si procederà all'acquisto in argomento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Palermo, 25 settembre 2019

Distinti saluti

Firmato

Dott.ssa Rosaria Cataldo

Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali