



Spett.le Impresa
Axa Medical Care srl
axamedicalcare-direzione@pec.it

Palermo, 6 novembre 2017

Oggetto: Procedura aperta per le forniture triennali di dispositivi medici per radiologia. Gara n. 6698264.

Comunicazione di esclusione con riferimento al lotto di gara n. 63.

Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente si comunica che la Commissione di Gara, in seduta riservata, ha attestato quanto segue:

- Per il lotto n. 63, l'offerta *“non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, il profilo distale è 3.6 fr (secondo i documenti di gara deve essere max di 3.5 fr) compatibile con un introduttore da 5 fr (richiesta documenti di gara compatibilità con introduttore 4fr). Le dimensioni offerte non sono funzionalmente compatibili”*.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/16 e smi, si comunica che l'Impresa in indirizzo è esclusa dalla procedura di gara, con riguardo al lotto suddetto.

Distinti saluti

Il Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali
Dr.ssa Rosaria Cataldo
RUP