

Spett.le Impresa
Biopsybell srl
PEC: gare@pec.biopsybell.it

ISMETT 001-26329-GEN/2017
Posta in Uscita 06-11-2017 - 12:16:17



Palermo, 6 novembre 2017

Oggetto: Procedura aperta per le forniture triennali di dispositivi medici per radiologia. Gara n. 6698264.

Comunicazione di esclusione con riferimento ai lotti di gara n. 6 e 7.

Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente si comunica che la Commissione di Gara, in seduta riservata, ha attestato quanto segue:

- Per il lotto n. 6, l'offerta non possiede i requisiti minimi e non è pertanto ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, l'impresa in indirizzo non ha presentato un sistema di biopsia con i diametri richiesti dal capitolato (15 ga, 16 cm) ma un sistema a scatto da 14 ga. Non sussiste l'equivalenza funzionale;
- Per il lotto n. 7, l'offerta *"non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, ha presentato sistemi di biopsia privi delle caratteristiche richieste dal capitolato in quanto sono mancanti del sistema coassiale; non si ritiene sussistere equivalenza funzionale tra quanto richiesto e quanto offerto"*.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/16 e smi, si comunica che l'Impresa in indirizzo è esclusa dalla procedura di gara, con riguardo ai lotti suddetti.

Distinti saluti

Il Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali
Dr.ssa Rosaria Cataldo
RUP