



Spett.le Impresa
Boston Scientific Spa
PEC: bostonscientific.tender@legalmail.it

Palermo, 6 novembre 2017

Oggetto: Procedura aperta per le forniture triennali di dispositivi medici per radiologia. Gara n. 6698264.

Comunicazione di esclusione con riferimento ai lotti di gara n. 11, 13 e 50

Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente si comunica che la Commissione di Gara, in seduta riservata, ha attestato quanto segue:

- Per il lotto n. 11, l'offerta *"non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, il prodotto offerto non presenta la curvatura RIM richiesta e quanto offerto non può considerarsi funzionalmente equivalente"*;
- Per il lotto n. 13, l'offerta *"non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, il catetere offerto in gara non presenta centimetrazione radiopaca nella parte distale come richiesto e quanto offerto non può considerarsi equivalente funzionalmente a quanto richiesto"*;
- Per il lotto n. 50, l'offerta *"non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, l'offerta presenta un sistema di raccordo fisso e non rotante, come invece richiesto dai documenti di gara, che non può considerarsi funzionalmente equivalente"*.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/16 e smi, si comunica che l'Impresa in indirizzo è esclusa dalla procedura di gara, con riguardo ai lotti suddetti.

Distinti saluti

Il Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali
Dr.ssa Rosaria Cataldo
RUP