



Spett.le Impresa

Gimas srl

PEC: gimassrl@cgn.legalmail.it

Palermo, 6 novembre 2017

Oggetto: Procedura aperta per le forniture triennali di dispositivi medici per radiologia. Gara n. 6698264.

Comunicazione di esclusione con riferimento al lotto di gara n. 6

Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente si comunica che la Commissione di Gara, in seduta riservata, ha attestato quanto segue:

- Per il lotto n. 6, l'offerta non possiede i requisiti minimi e non è pertanto ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, l'impresa in indirizzo non ha presentato un sistema di biopsia con i diametri richiesti dal capitolato (15 ga, 16 cm) ma un sistema a scatto da 16 ga. Non sussiste l'equivalenza funzionale.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/16 e smi, si comunica che l'Impresa in indirizzo è esclusa dalla procedura di gara, con riguardo al lotto suddetto.

Distinti saluti

Il Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali
Dr.ssa Rosaria Cataldo
RUP