



**Spett.le Impresa
Med Italia Biomedical**

PEC: meditalia@pec.meditalia.net

Palermo, 6 novembre 2017

Oggetto: Procedura aperta per le forniture triennali di dispositivi medici per radiologia. Gara n. 6698264.

Comunicazione di esclusione con riferimento ai lotti di gara n. 7, 20, 21.

Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente si comunica che la Commissione di Gara, in seduta riservata, ha attestato quanto segue:

- Per il lotto n. 7, l'offerta *"non possiede i requisiti minimi e non è pertanto ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, ha presentato sistemi di biopsia privi delle caratteristiche richieste dal capitolato in quanto sono mancanti del sistema coassiale; non si ritiene sussistere equivalenza funzionale tra quanto richiesto e quanto offerto"*;
- Per il lotto n. 20, l'offerta *"non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, il rivestimento idrofilico è solo nei 20 cm distale e non in tutto il catetere come richiesto nei documenti di gara. Non ricorre l'equivalenza funzionale"*;
- Per il lotto n. 21, l'offerta *"non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, il rivestimento idrofilico è solo nei 20 cm distale e non in tutto il catetere come richiesto nei documenti di gara. Non vi è equivalenza funzionale"*.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/16 e smi, si comunica che l'Impresa in indirizzo è esclusa dalla procedura di gara, con riguardo ai lotti suddetti.

Distinti saluti

Il Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali
Dr.ssa Rosaria Cataldo
RUP