

Spett.le Impresa
SO.GI. Medical srl
sogimedicalsrl@pec.it



Palermo, 6 novembre 2017

Oggetto: Procedura aperta per le forniture triennali di dispositivi medici per radiologia. Gara n. 6698264.

Comunicazione di esclusione con riferimento ai lotti di gara n. 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21.

Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente si comunica che la Commissione di Gara, in seduta riservata, ha attestato quanto segue:

- Per il lotto n. 8, l'offerta "non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, indica nell'offerta tecnica un catetere c20.035 ref.532-516 difforme da quanto richiesto dal capitolato (0.038)";
- Per il lotto n. 14, l'offerta "non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, presenta un catetere SIM1 invece che SOS e le due curvature non possono considerarsi funzionalmente equivalenti";
- Per il lotto n. 15, l'offerta "*non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, presenta un catetere di lunghezza ampiamente superiore alla richiesta (1 metro anziché da 65 a 70 cm) e non può considerarsi funzionalmente equivalente a quanto richiesto*";
- Per il lotto n. 16, l'offerta "*non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, il catetere offerto è difforme da quanto richiesto in quanto non interamente rivestito da materiale idrofilico e non può considerarsi funzionalmente equivalente*";
- Per il lotto n. 17, l'offerta "*non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, il catetere offerto è difforme da quanto richiesto in quanto non interamente rivestito da materiale idrofilico e non può considerarsi funzionalmente equivalente*";
- Per il lotto n. 18, l'offerta "*non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di*

qualità. In particolare, il catetere offerto è difforme da quanto richiesto in quanto non interamente rivestito da materiale idrofilico e non può considerarsi funzionalmente equivalente”;

- Per il lotto n. 19, l'offerta *“non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità. In particolare, il catetere offerto è difforme da quanto richiesto in quanto non interamente rivestito da materiale idrofilico e non può considerarsi funzionalmente equivalente”;*
- Per il lotto n. 21, l'offerta è *“difforme in quanto non idrofilico e accetta guida da 0,035 e non 0,038 come richiesto; la Commissione Giudicatrice dunque attesta che il prodotto offerto non possiede i requisiti minimi e pertanto non è ammissibile alla fase di valutazione tecnica e di assegnazione del punteggio di qualità”.*

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/16 e smi, si comunica che l'Impresa in indirizzo è esclusa dalla procedura di gara, con riguardo ai lotti suddetti.

Distinti saluti



Il Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali
Dr.ssa Rosaria Cataldo
RUP