

Palermo, prot. n. 21353 del 31 agosto 2015

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di reagenti e strumentazione occorrenti al Laboratorio Analisi di ISMETT; Codice gara 6112158.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, cogliendo l'occasione fornita da alcune richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente RUP, si precisa quanto segue.

1. Con riguardo al lotto di gara n. 8, si conferma che la strumentazione automatica offerta deve poter analizzare almeno 60 pannelli per volta di identificazione e di antibiogramma con caricamento dei pannelli in modalità random, incubazione e lettura mediante tecnologia turbidimetrica, colorimetrica o in fluorescenza. La strumentazione deve, secondo le necessità operative, poter lavorare in un'unica seduta con pannelli separati di identificazione e antibiogramma, analizzando anche in questo caso almeno 60 pannelli per volta. Pertanto, una strumentazione con capacità di carico fino a 100 pannelli (solo ID e/o AST indifferentemente) è sufficiente per il carico di lavoro di ISMETT;
2. Con riguardo al lotto di gara n. 8, le caratteristiche tecniche relative alla strumentazione prevista per l'esecuzione automatica dei test di identificazione ed antibiogramma dei ceppi microbici isolati sono state enunciate facendo riferimento allo stato dell'arte ma tenendo anche conto che l'implementazione tecnica del settore è in costante evoluzione. Per tale motivo il capitolato impegna le imprese partecipanti a fornire strumentazione caratterizzata dal massimo livello di automazione disponibile e capace di identificare la gamma più ampia possibile di microrganismi. Questo peraltro non contrasta con il fatto che per alcune specie microbiche si preveda, per motivi tecnici al momento non superati o per scelte di tipo organizzativo, che l'identificazione e l'antibiogramma possano essere eseguiti con strumento non automatico.
3. Con riguardo al lotto di gara n.8, si conferma che per il sistema di coltura dei microrganismi da fluidi biologici e per le prove di sterilità dei prodotti terapeutici è possibile offrire strumentazioni marcate CE specificamente dedicate alla rilevazione di microrganismi da fluidi solitamente sterili con uso di flaconi dedicati di terreno liquido marcati CE.

4. Con riguardo al lotto di gara n. 2, si precisa che l'indicazione del test PLA2R è frutto di un mero refuso di stampa e deve, pertanto, considerarsi non apposta.

F. to Dr. ssa Rosaria Cataldo
Direttore Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali